


GL-1 超声功率计

GL-1 超声功率计是用来对诊断及治疗超声探头进行功率输出测量的精密仪器。该设备满足《JJG639-1998 医用超声诊断仪超声源》和《JJG665-2004 毫瓦级超声功率计》中的要求。该设备可以满足广大医学计量机构、医疗器械检验机构、超声设备生产厂家的检查需求。



技术规格

功率范围 0- 30W

分辨率± 1 mW

最小可测量功率 1mW

显示灵敏度 0.001W

精度:± 3%

清零方法:自动

最大探头尺寸:8cm 直径

探头操作频率: 0.5-10MHz

测试介质: 脱气水

电源 12Vac, 1 A

便携箱

含中国计量院检定证书



深圳为尔康科技有限公司

曾生: 13632925349 QQ: 274798107

电话: 0755-28896837

地址: 深圳市龙岗区沙平北路111号吉茂大厦608A

网址: www.medicalqc.com